

伊勢原市内における空間放射線量測定結果

○測定日時 平成23年10月25日(火) 9:35~15:35

○測定機器:TCS-171(日立アロカメディカル(株)製)

測定場所	測定値(マイクロシーベルト毎時)		
	1cm	1m	除去後1cm
伊勢原小学校屋上側溝①	0.09	-	-
伊勢原小学校屋上側溝②	0.20	0.04	0.10
伊勢原小学校屋上側溝③	0.08	-	-
伊勢原小学校屋上側溝④	0.33	0.05	0.07
伊勢原小学校屋上側溝⑤	0.24	0.04	0.10
大田小学校屋上側溝①	0.10	-	-
大田小学校屋上側溝②	0.15	-	-
大田小学校屋上側溝③	0.06	-	-
竹園小学校屋上側溝	0.05	-	-
竹園小学校腐葉土置場	0.07	-	-
緑台小学校屋上側溝①	0.10	-	-
緑台小学校屋上側溝②	0.19	0.07	0.08
緑台小学校屋上側溝③	0.26	0.06	0.07
緑台小学校腐葉土置場①	0.12	-	-
緑台小学校腐葉土置場②	0.13	-	-
成瀬小学校屋上側溝①	0.10	-	-
成瀬小学校屋上側溝②	0.06	-	-
成瀬小学校屋上側溝③	0.15	-	-
石田小学校屋上側溝①	0.09	-	-
石田小学校屋上側溝②	0.11	-	-
石田小学校腐葉土置場	0.09	-	-

○測定日時 平成23年10月26日(水) 9:30~15:30

○測定機器:TCS-171(日立アロカメディカル(株)製)

測定場所	測定値(マイクロシーベルト毎時)		
	1cm	1m	除去後1cm
桜台小学校屋上側溝①	0.07	-	-
桜台小学校屋上側溝②	0.12	-	-
高部屋小学校屋上側溝①	0.99	0.06	0.06
高部屋小学校屋上側溝②	0.44	0.08	0.07
大山小学校屋上側溝①	0.53	0.09	0.05
大山小学校屋上側溝②	0.42	0.07	0.10
大山小学校腐葉土置場	0.08	-	-
比々多小学校屋上側溝①	0.08	-	-
比々多小学校屋上側溝②	0.05	-	-
市庁舎屋上側溝	0.07	-	-